

令和5年度第一回教室等の環境測定技術講習会開催要領

《日本薬剤師研修センター認定研修申請中》

1. 目的 教室等の環境衛生検査測定に使用する器具の使用法を習得し、
学校薬剤師の職務の充実を図る
2. 主催 栃木県学校薬剤師会、一般社団法人 栃木県薬剤師会
3. 日時 令和5年11月9日（木）19：00～21：00（受付18：30～）
4. 場所 栃木県薬剤師会館 3階 大会議室
宇都宮市緑5-1-5 TEL：028-658-9877
5. 参加費 5,000円（材料費、資料代含む）
(1) 会員は本会より1,000円補助いたしますので、実際のご負担は4,000円になります。
(2) 当日受付でお支払いください。
6. 参加対象者 学校薬剤師等（定員30人）
※定員を超える場合はお断りさせていただくこともあります。
7. 日程
司会：栃木県学校薬剤師会 理事 藤本 亨 氏
19：00 開 会
挨拶 栃木県薬剤師会 会長 梅野 和邦 氏
栃木県学校薬剤師会 会長 高梨 晃一 氏
19：05 講 義「学校環境衛生検査で用いる測定機器について」
栃木県学校薬剤師会 副会長 金子 典生 氏
19：25 実 技「検査の測定器具の使用法」
(1) 換気（二酸化炭素）：ガス採取器（検知管）、デジタルCO₂モニター
(2) 温度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
(3) 相対湿度：オーガスト乾湿計、デジタルCO₂モニター
(4) 浮遊粉じん：デジタル粉じん計
(5) 気流：微風速計
(6) 一酸化炭素：ガス採取器（検知管）
(7) 二酸化窒素：ホルムアルデヒド・二酸化窒素両用検知器（検知用タブ）
(8) 揮発性有機化合物：パッシブサンプラー
(9) ホルムアルデヒド：ホルムアルデヒド検知器（検知用タブ）
(10) ダニ又はダニアレルゲン：マイティチェッカー（セット）
(11) 照度：デジタル照度計
(12) 騒音レベル：普通騒音計
(13) 黒板面の色彩：黒板検査用色票
(14) 遊離残留塩素：遊離残留塩素・pH測定器（DPD試薬）
栃木県学校薬剤師会 役員
21：00 閉 会

